



Bruksanvisning



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE



<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Beskrivelse av produkt

Halo XLs er medisinsk utstyr som består av et klebende hydrogellag og et klebende (ikke-lateks) bakstykkelag. Halo XL inneholder ingen medisinske stoffer og er ikke laget av animalske eller menneskelige derivater. Halo XL er ugjennomtrengelige for væsker og forsegler såret. Halo XL er ment å brukes frem til pasienten kan transporteres til en helseinstitusjon hvor det vil bli fjernet for pasientevaluering og etterbehandling.

Indikasjoner for bruk

Halo XL er utviklet for å dekke og beskytte sår. Ikke bruk bandasjen som erstatning for suturer og andre primære sårlukkingsmetoder. Halo XL er et engangsprodukt og forsøk på å gjenbruke Halo XLs kan introdusere forurensning og infeksjon.

Tiltenkt bruk/tiltenkt formål

Halo XL er ikke-resorberbare og ikke-sterile, okklusive sårbandasjer, beregnet på å dekke et sår og gi en mekanisk barriere.

Pasientprofil

Halo XL er ment å brukes på pasienter med potensielt thoraxsår.

Påføring

1. Rengjør og tørk området.
2. Fjern gjennomsiktig fôring. Ikke plasser på sekundær overflate før påføring for å forhindre forurensning.
3. Plasser Halo XL med gelsiden ned, sentrert over såret.
4. Bruk lett trykk – ikke strekk under påføring.
5. Fortsett å vurdere pasienten og overvåke virkningen av brystkasseforseglingen. Overvåk pasienten for symptomer på økt smerte eller pustevansker.
6. Forsegl Halo XL på nytt, hvis nødvendig.
7. Hvis ytterligere thoraxsår er til stede, gjenta trinn 1–4 med et annet Halo XL-produkt.
8. Transporter pasienten til akuttmottak for etterbehandling og utredning.
9. Kast etter bruk i henhold til lokale retningslinjer for avfall av medisinsk utstyr.



Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

medicaldevicesinc.com

Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com

EC REP
Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

CE
2862



Bruksanvisning



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Advarsler

- Sørg for at Halo XL forseglers sårets omkrets fullstendig for å forhindre at luft, væsker og rusk kommer inn. Personer som har thoraxskader bør umiddelbart transporteres til et helse- eller traumesenter for evaluering.
- Ikke bruk Halo XL som erstatning for suturer og andre primære sårlukkingsmetoder.
- Forsøk på gjenbruk av Halo XL kan introdusere forurensning og infeksjon.
- Kast etter bruk i henhold til lokale retningslinjer for avfall av medisinsk utstyr.
- Ikke plasser over gjenstander som stikker ut, da dette kan forverre skaden.

Kontraindikasjoner

Må ikke brukes til postkirurgiske applikasjoner.

Ytelseegenskaper

- Fester seg til hudoverflaten under ekstreme forhold og temperaturområder, selv i nærvær av fuktighet, pleuravæsker og/eller blod.
- Bandasjen er utviklet for å effektivt forsegle sårets omkrets for å dekke og beskytte det.
- Forseglers brysthulen og er ugjennomtrengelig for væsker, luft og rusk som kan trenge inn i såret fra det ytre miljøet.

Kliniske fordeler

- Reduserer risikoen for inntrengning av luft, væske eller rusk som kan forurense såret.
- Gir ekstra tid i akutte tilfeller frem til pasienten er fraktet til helseinstitusjon.

Kliniske påstander

- Forseglers effektivt sårets omkrets, hvis det påføres som anvist av produsenten.
- Ugjennomtrengelig for væske, luft og rusk som kan forurense såret.



Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

medicaldevicesinc.com



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



2862

EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

