



Instrucciones de uso



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Descripción del producto

Los sellos torácicos de Halo son dispositivos médicos que consisten en una capa de hidrogel adhesivo y una capa de respaldo adhesivo (sin látex). Los sellos torácicos de Halo no contienen sustancias medicinales y no están contruidos a partir de derivados animales o humanos. Los sellos torácicos de Halo son impermeables a líquidos y sellan la herida. Los sellos torácicos de Halo son utilizados hasta que el paciente pueda ser transportado a un centro de salud. Allí serán retirados para la evaluación y cuidado posterior del paciente.

Indicaciones de uso

Los sellos torácicos de Halo están diseñados para cubrir y proteger heridas. No utilice el vendaje como un reemplazo para suturas y otros métodos de cierre primario de heridas. Los sellos torácicos de Halo son productos de un solo uso y cualquier intento de reutilizarlos podría provocar contaminación e infección.

Uso previsto/Finalidad prevista

Los sellos torácicos de Halo son un vendaje oclusivo no reabsorbible y no estéril, destinado a cubrir una herida y proporcionar una barrera mecánica.

Perfil del paciente

Los sellos de Halo son utilizados en pacientes con una posible herida torácica.

Aplicación

1. Limpie y seque el área.
2. Retire el forro transparente. No coloque sobre una superficie secundaria antes de la aplicación para prevenir la contaminación.
3. Coloque el sello de Halo con el lado del gel hacia abajo, centrado sobre la herida.
4. Aplique una ligera presión; no estire durante la aplicación.
5. Continúe evaluando al paciente y monitoreando la acción del sello torácico. Monitoree al paciente en busca de síntomas de aumento del dolor o dificultad para respirar.
6. Cierre nuevamente el sello de Halo, si es necesario.
7. Si hay heridas torácicas adicionales, repita los pasos 1-4 con otro producto de Halo.
8. Transporte al paciente a un centro de atención de emergencia para tratamiento posterior y evaluación.
9. Deseche después de usar, según las pautas locales de desecho de dispositivos médicos.



Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

medicaldevicesinc.com

Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com

EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

CE
2862



Instrucciones de uso



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Advertencias

- Asegúrese de que el producto selle completamente el perímetro de la herida para prevenir la entrada de aire, líquidos y otros desechos. Las personas con lesiones torácicas deben ser transportadas de inmediato a un centro de salud o trauma para evaluación.
- No use el sello torácico de Halo como reemplazo de suturas y otros métodos de cierre primario de heridas.
- Cualquier intento de reutilizar el sello de Halo podría provocar contaminación e infección.
- Deseche después de usar, según las pautas locales de desecho de dispositivos médicos.
- No coloque sobre objetos abultados, ya que esto puede agravar la lesión.

Contraindicaciones

No usar para aplicaciones postquirúrgicas.

Características de rendimiento

- Se adhiere a la superficie de la piel en condiciones extremas y rangos de temperatura, incluso en presencia de humedad, fluidos pleurales y/o sangre.
- El vendaje está diseñado para sellar eficazmente el perímetro de la herida para cubrirla y protegerla.
- Sella la cavidad torácica y es impermeable a líquidos, aire y desechos que puedan penetrar en la herida desde el exterior.

Beneficios clínicos

- Reduce el riesgo de ingreso de aire, líquido o desechos que pueden contaminar la herida.
- Proporciona tiempo adicional en casos de emergencia hasta que el paciente sea transportado a un centro de salud.

Reclamaciones clínicas

- Sella eficazmente el perímetro de la herida, si se aplica según las indicaciones del fabricante.
- Impermeable a líquidos, aire y desechos que pueden contaminar la herida.



Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

medicaldevicesinc.com



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



2862

EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

