



Kullanım Talimatları



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Ürün Açıklaması

Halo XL'ler yapışkan bir hidrojel tabakası ve yapışkan (lateks olmayan) bir arka tabakadan oluşan tıbbi cihazlardır. Halo XL'ler hiçbir tıbbi madde içermez ve hayvan veya insan türevlerinden üretilmez. Halo XL'ler sıvılara karşı geçirgen olmayıp yarayı kapatır. Halo XL'ler, hastanın bir sağlık kuruluşuna nakledilene kadar kullanılmak üzere tasarlanmıştır; nakilden sonra hasta değerlendirmesi ve bakım sonrası için çıkarılır.

Kullanım Endikasyonları

Halo XL'lar yaraları kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır. Pansumanı dikişlerin ve diğer birincil yara kapatma yöntemlerinin yerine kullanmayın. Halo XL'ler tek kullanımlık bir üründür ve Halo XL'ler tekrar kullanma girişimleri kontaminasyon ve enfeksiyona neden olabilir.

Kullanım Amacı/İstenen Amaç

Halo XL'ler, yarayı kapatmak ve mekanik bariyer sağlamak amacıyla kullanılan, emilmeyen ve steril olmayan oklüzif yara örtüleridir.

Hasta Profili

Halo XL'lar potansiyel torasik yarası olan hastalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Uygulama

1. Temiz ve kuru alan.
2. Şeffaf astarı çıkarın. Kirlenmeyi önlemek için uygulama öncesi ikincil yüzeye koymayınız.
3. Halo XL jelini yaranın ortasına gelecek şekilde yerleştirin.
4. Hafif baskı uygulayın, uygulama esnasında germeyin.
5. Hastayı değerlendirmeye devam edin ve göğüs bandının etkisini izleyin. Hastayı artan ağrı veya nefes alma zorluğu belirtileri açısından izleyin.
6. Gerekirse Halo Contasını tekrar kapatın.
7. Eğer ek torasik yaralar mevcutsa, 1-4. adımları başka bir Halo XL ürünüyle tekrarlayın.
8. Hastayı tedavi ve değerlendirme sonrası için acil bakım tesisine nakledin.
9. Kullanımdan sonra yerel tıbbi cihaz atık yönetmeliklerine uygun şekilde atın.



Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

medicaldevicesinc.com



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



Kullanım Talimatları



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Uyarılar

- Halo XL'in yaranın çevresini tamamen kapatarak hava, sıvı ve döküntülerin girmesini önlediğinden emin olun. Göğüs yaralanması olan kişiler değerlendirme için derhal bir sağlık kuruluşuna veya travma merkezine götürülmelidir.
- Halo XL'i dikişlerin ve diğer birincil yara kapatma yöntemlerinin yerine kullanmayın.
- Halo XL'i tekrar kullanma girişimleri kontaminasyona ve enfeksiyona neden olabilir.
- Kullanımdan sonra yerel tıbbi cihaz atık yönetmeliklerine uygun şekilde atın.
- Çıkmış nesnelerin üzerine koymayın, aksi takdirde yaralanma daha da kötüleşebilir.

Kontrendikasyonlar

Ameliyat sonrası uygulamalarda kullanmayınız.

Performans Özellikleri

- Aşırı koşullarda ve sıcaklık aralıklarında, nem, plevra sıvıları ve/veya kan varlığında bile cilt yüzeyine yapışır.
- Pansuman, yaranın çevresini etkili bir şekilde kapatacak, onu örtecek ve koruyacak şekilde tasarlanmıştır.
- Göğüs boşluğunu kapatır ve dış ortamdan yaraya girebilecek sıvı, hava ve döküntülere karşı geçirgen değildir.

Klinik Faydalar

- Yarayı kirletebilecek hava, sıvı veya döküntülerin girme riskini azaltır.
- Acil durumlarda hastanın sağlık kuruluşuna nakledilene kadar ek süre sağlar.

Klinik İddialar

- Üreticinin talimatlarına uygun olarak uygulandığında yaranın çevresini etkili bir şekilde kapatır.
- Yarayı kirletebilecek sıvı, hava ve döküntülere karşı geçirgen değildir.



Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

medicaldevicesinc.com



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

